Ovaleap Pen®

ENJEKSİYON EL KİTABI

Doktorunuz size Ovaleap® (folikül stimülan hormon; kısaltması: FSH) yazdı. Ovaleap®, Ovaleap Pen® ile enjekte edilir

Bu broşürde kalemle ilgili ek bilgi ve bir kullanım talimatı bulabilirsiniz.

Ovaleap®, bir enjeksiyon kalemi aracılığıyla cildin hemen altına (subkütan) enjekte edilir1.

Ovaleap® ile enjeksiyonu kendi başınıza yapabilirsiniz.[1]

Tekrar kullanılabilir niteliğe sahip Ovaleap Pen®, ilaçlarınızı doğru enjekte etmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır.[2]

- Doktorunuz tedavinizi 12,5 IE büyüklüğündeki adımlarla size uygun hale getirebilir.
- Reçetenizde yazılı olan birimleri kendiniz ayarlayabilirsiniz[3]

Ovaleap Pen®, yeniden kullanılabilir kalem, bir kalıp ve üç adet tek kullanımlık iğne için yeri olan bir koruma kılıfı ile birlikte verilir. Bu sayede Ovaleap Pen® ile ilaçları bir arada saklayabilirsiniz.

VKalıplar açılmadan önce, ≤25°C sıcaklığında saklanmaları koşulu ile üç aydan fazla olmamak üzere buzdolabı dışında saklanabilir. Kalıp, ≤25°C sıcaklıkta kalemin içinde 28 gün saklanabilir.[1]

Kaynaklar: 1. Teva. Ovaleap®. Summary of Product Characteristics. 2. Teva. Ovaleap®. Pen instructions for use. 3. Teva. Marketing Authorisation Application. Teva Pharmaceuticals. CSR-MAT-05 Follow-up B.

Ovaleap Pen®

Kalem 3 doz için uygundur:

- 300 IE/0,5 ml
- 450 IE/0,75 ml
- 900 IE/1,5 ml

Enjeksiyon düğmesi
Kaydırma hareketi

Düşük başlangıç dozu
12,5 IE'lik düşük başlangıç dozunun enjekte edilmesini mümkün kılar.

Dozun değiştirilmesi
Döndürülebilir bir ayar düğmesi aracılığıyla dozu 6,25 IE'lik adımlarla değiştirebilirsiniz

Kalıp için şeffaf tutucu
Kalıp haznesinde üzeri okunabilir bir ölçek bölümlemesi bulunur. Bu sayede kalıpta ne miktarda ilaç olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz

Birimlerin (IE) okunabilir gösterimi
Bir pencerede her kullanımda enjekte edilen FSH miktarını gösterir. Dozlar rakamla gösterilir.

Geri döndürme fonksiyonu
Tepedeki düğme ile FSH dozunu 12,5 IE'lik adımlarla düzeltebilirsiniz

Ovaleap Pen®'in bileşenleri



Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

Ovaleap Pen®'in kullanımı



Ellerinizi güzelce yıkayın. Kalemin kapağını çevirerek kalıbın haznesinden çıkarın.

Doz penceresinde gösterilen rakamın "0" olup olmadığını kontrol edin.

Pencerede gösterilen rakam "0" değilse, "0" gösterilene dek kalemin ucundaki doz düzeltme düğmesine basın.

900 IE kalıbını yüklemeden önce, vidayı, üzerindeki okun gösterdiği yönde çevirerek tokmağı tamamen geri çevirin.



Kalıbı, metal kapak başta olmak üzere, şeffaf kalıp haznesi içine yükleyin.



Dikkat: 300 IE veya 450 IE kalıbı kullanılırsa, tokmak tamamen dışarı çıkarılmalıdır. Kalıbı, tokmak ve kalıp arasına gelecek görünür, küçük bir alanla, dışarı çıkarılmış tokmak üzerine yerleştirin. Bu alanın büyüklüğünü ayarlamak için vidayı kullanın.



Kalıp haznesini, kalem üzerinde sıkışana kadar çevirin.

Koruma kapaklı enjeksiyon iğnesini kalıp haznesi üzerinde sıkışana dek sağa çevirin.

En dıştaki koruma kapağını ve iç iğne kapağını çıkarın.

Doz seçiciyi iki kez sağa çevirerek astarlama dozunu (12,5 IE) seçin.



Kalemi dik bir şekilde yukarı tutun, enjeksiyon düğmesini iğne yönüne kaydırın ve bu ikisini doz penceresinde "0" görünene dek orada tutun. Iğnenin ucunda küçük bir miktar sıvı görünecektir.

Bir sıvı görünmezse, iğnenin ucunda küçük bir miktar sıvı görünene dek bir önceki adımı tekrarlayın.



İstenen dozu seçin.

Kazara fazla doz seçilirse, dozu geri çevirmek için kalemin ucundaki doz düzeltme düğmesine bastırın.

Enjeksiyon yerini belirleyin. **Enjeksiyon yerini her gün değiştirmeye çalışın.**

Bir cilt kıvrımını tutup enjektörü öbür elinize alın. İğneyi size öğretilen biçimde cilde batırın.

Enjeksiyon düğmesini iğne yönünde kaydırın ve burada 10 saniye boyunca tutun. Doz penceresinde "0"ın gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.

Doz gösterimleri arasındaki her çizgi 6,25 IE'lik bir artışı temsil eder. Bu örnekte doz 56,25 IE'dir.

Pencerede "0" gösterilmiyorsa, gösterilen rakama ve okların konumuna dikkat edin. Gösterilen rakam, bu kalıpla enjekte edilemeyen hacmi gösterir.

Açıklamalı talimata uygun olarak iğneyi çıkarın, kalıbı değiştirin ve kalemi hazırlayın.



Enjeksiyon iğnesini çıkarmak için dıştaki koruyucu iğne kapağını geri koyun ve sonra iğneyi döndürerek gevşetin.

İğneyi kullanılmış tıbbi aletlerin atıldığı bir kutuya atın.

Ek bilgi için iletişim bilgileri:

Teva Nederland

customerservice@tevanederland.com

0800 0228400

TAKVİM

	Tarih	Saat	Enjekte edilen birim sayısı (IE)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
22			

TAKVİM

	Tarih	Saat	Enjekte edilen birim sayısı (IE)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
22			